

LightNing® DpnI

REF: EG15585S



同裂酶: MspI

异裂酶: Bsp143I, BssMI, BstKTI, BstMBI, DpnII, Kzo9I, MboI, NdeI, Sau3AI

注: 异裂酶会产生不同的末端, 同裂酶/异裂酶对于不同的甲基化修饰可能具有不同敏感性。

储存条件

-20°C 保存 2 年

产品组成

| 组分 | 规格 |
|--------------------------|-------|
| LightNing® DpnI | 50 µl |
| 10× CutOne® Buffer | 1 ml |
| 10× CutOne® Color Buffer | 1 ml |

产品简介

LightNing® 快速内切酶是一系列经过基因工程重组的快速限制性内切酶, 适用于质粒 DNA、PCR 产物或基因组 DNA 等的快速酶切。所有 LightNing® 快速内切酶在通用的 CutOne® 或 CutOne® Color Buffer 中都具有优良的活性, 能够在 5~15 分钟内完成酶切。此外, 百时美去磷酸化、连接试剂在 CutOne® Buffer 中均具有 100% 活性, 支持一管化反应, 提升“酶切-修饰-连接”的体验。

CutOne® Color Buffer 包括红色和黄色示踪染料, 可将产物直接用于凝胶电泳。CutOne® Color Buffer 的红色染料与 2500 bp 双链 DNA 片段在 1% 琼脂糖凝胶中迁移速率接近; 黄色染料与 10 bp 双链 DNA 片段在 1% 琼脂糖凝胶中迁移速率接近。

建议反应条件

1× CutOne® 缓冲液;

37°C 温育;

参照“DNA 快速酶切流程”配制反应体系。

失活条件

80°C 温育 20 min。

质量控制

功能活性检测

37°C 下, 在 20 µl 通用 CutOne® 反应体系中, 1 µl LightNing® DpnI 能够在 15 min 内完全消化 1 µg pUC19 DNA。








超长时间温育检测

37°C 下, 在 20 µl 通用 CutOne® 反应体系中, 将 1 µl LightNing® DpnI 与 1 µg pUC19 DNA 共同温育 3 h, 未检测到其他核酸酶污染或星号活性引起的底物非特异性降解。更长时间酶切可能出现星号活性。

非特异性内切酶活性检测

37°C 下, 在 20 µl 通用 CutOne® 反应体系中将 1 µl LightNing® DpnI 与 1 µg 超螺旋质粒 DNA 共同温育 4 h 后, 使用琼脂糖凝胶电泳检测, 少于 10% 的质粒 DNA 转变成缺刻或线性状态。

图标注释

-  快速内切酶, 可在 5~15 min 内完成反应
-  最适反应温度为 37°C
-  对于被 CpG 甲基化的 DNA, 剪切可能受阻
-  对于被 EcoBI 甲基化的 DNA, 剪切可能受阻
-  可用于表观遗传学分析
-  失活条件为 80°C 温育 20 min
-  3 h 温育未表现星号活性, 更长时间酶切可能出现星号活性

使用方法

1. DNA 快速酶切流程

① 在冰上按如下建议的加样顺序配制反应体系：

| | 质粒 DNA | 基因组 DNA |
|---|-------------------|--------------|
| ddH ₂ O | 15 μl | 30 μl |
| 10× CutOne [®] Buffer 或 10× CutOne [®] Color Buffer | 2 μl | 5 μl |
| 底物 DNA | 2 μl (up to 1 μg) | 10 μl (5 μg) |
| LightNing [®] DpnI | 1 μl | 5 μl |
| Total | 20 μl | 50 μl |

- ② 轻柔吸打或轻弹管壁以混匀（切勿涡旋），然后瞬时离心以收集挂壁液滴；
- ③ 37°C 温育 15 min（质粒），或 30~60 min（基因组 DNA）；
- ④ 80°C 温育 20 min 即可使酶失活，停止反应（可选）；
- ⑤ 如果使用 CutOne[®] Color Buffer 进行酶切反应，得到的产物可以直接进行上样电泳。

2. 双酶切或多酶切

- ① 每种快速内切酶的用量为 1 μl，并根据需要适当扩大反应体系；
- ② 所有快速内切酶的体积总和不得超过总反应体系的 1/10；
- ③ 如果所用的几种快速内切酶的最适反应温度不同，应先以最适温度低的酶开始酶切，再添加最适温度较高的酶，在其最适反应温度下进行酶切反应。

3. 适用于质粒的扩大反应体系

| DNA | 1 μg | 2 μg | 3 μg | 4 μg | 5 μg |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| LightNing [®] DpnI | 1 μl | 2 μl | 3 μl | 4 μl | 5 μl |
| 10× CutOne [®] Buffer 或 10× CutOne [®] Color Buffer | 2 μl | 2 μl | 3 μl | 4 μl | 5 μl |
| Total | 20 μl | 20 μl | 30 μl | 40 μl | 50 μl |

注：如果总反应体系大于 20 μl，应当适当增加温育时间，尽量使用水浴、金属浴或沙浴。

4. 适用于 PCR 产物中消化质粒模板

将 1 μl LightNing[®] DpnI 加入 50 μl 未纯化 PCR 产物中混匀，37°C 温育 60 min，80°C 温育 20 min 热失活，得到的产物可用于下游转化实验。

不同 DNA 中的酶切位点数量

| λDNA | ΦX174 | pBR322 | pUC57 | pUC18/19 | SV40 | M13mp18/19 | Adeno2 |
|------|-------|--------|-------|----------|------|------------|--------|
| 116 | 0 | 22 | 15 | 15 | 8 | 7 | 87 |

甲基化修饰影响

| Dam | Dcm | CpG | EcoKI | EcoBI |
|-----|-----|-------|-------|-------|
| 无影响 | 无影响 | 剪切受影响 | 无影响 | 剪切受影响 |

在不同反应缓冲液中的活性

| CutOne [®] Buffer | Thermo Scientific FastDigest Buffer | NEB rCutSmart [™] Buffer | Takara QuickCut [™] Buffer |
|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 活性 | 100% | 100% | 100% |

注：活性数据来自百时美限制酶标准反应体系下的检测。

DNA 修饰酶在 CutOne[®] Buffer 和 CutOne[®] Color Buffer 中的活性

| | |
|--------------------------------------|------|
| EG15208S Alkaline Phosphatase (Fast) | 100% |
| EG15205S T4 DNA Ligase (Fast) | 100% |

注：活性数据来自百时美标准反应体系下的检测；T4 DNA Ligase(Fast) 需要 ATP 作为辅助因子。